Dale®

Supporto per sondino nasogastrico

Istruzioni per l'applicazione

1. Con il sondino in posizione, verificare che sondino e naso siano puliti e asciutti. Se ne consiglia la pulizia in ottemperanza al protocollo ospedaliero.

2. Staccare il rivestimento dal supporto a partire dall'apice superiore del cuscinetto per il naso **(A)**.
3. Applicare il cuscinetto sul naso, angolandolo leggermente in direzione della narice in cui è inserito il sondino **(B)**.



4. Scegliere il lembo più vicino al sondino nasogastrico e cominciare ad avvolgerlo a spirale in modo che il sondino sia centrato sulla narice prescelta **(C)**.
5. Avvolgere a spirale anche l'altro lembo **(C)**.



6. Il supporto va cambiato ogni tre giorni o con maggiore frequenza se necessario.

Rimozione

Per rimuovere il supporto dal paziente, basta retrarre le punte non aderenti dei lembi, separando quest'ultimi dal sondino.

Continuare a esercitare una delicata pressione verso l'alto sul supporto, staccandolo dal naso.

Monopaziente. Monouso.

Visitare www.dalemed.com per un video esemplificativo.

I prodotti medici Dale sono disponibili presso il distributore medico-ospedaliero preferito.

Non prodotto con lattice di gomma naturale.

Dale® è un marchio depositato di Dale Medical Products, Inc. negli USA e nell'UE.











Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germania

CE

942160 REV G

©Copyright 2021