

Dale® Stabilock Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale® Medical Products



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



CH REP

MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

Dale® Medical Products

Stabilock -Intubaatioputken Pidin

sopii 7,0-10,0 mm:n intubaatioputkiin

Sisältö: 1 kpl kutakin: kaulanauha, tarttuva alusta 273

Käyttöohjeet

1. Puhdista putki. Anna kuivua.
2. Kiinnitä tarttuva alusta (A1-3). Noudata 273 pakkauksen ohjeita.
3. Paina kaulanauha alustan tarranauhaosaan ja varmista samalla, että putken kanava on kohdistettu intubaatioputken kanssa. (B)
4. Avaa kaulanauhan kummassakin päässä olevat kiinnityskielekkeet ja kierrä nauha pään ympäri alvan korvien alapuolelle. Kiinnitä kiinnityskielekkeet kaulanauhan ulkopuolelle. (C)
5. Kiinnitä putki putken kanavaan
 - Kierrä vahva tarttuva teippi yhden kerran putken ympärille kohtaan, jossa kanava peittää putken.
 - Paina kanava alas putken päälle.
 - Kääri teippi putken ja kanavan ympärille. (D)

6. Varmista kaulanauhan pysyminen säätämällä kiinnityskielekkeitä tarpeen mukaan.

Vaihtoehtoinen teippausmenetelmä:

- Paina kanava putkeen.
- Kierrä vahva tarttuva teippi putken ja kanavan ympärille. **Kääri teippiä vähintään 2,5 cm kanavan päätä pidemmälle. (D)**

6. Varmista kaulanauhan pysyminen säätämällä kiinnityskielekkeitä tarpeen mukaan.

Vaihda teippi tarpeen mukaan.

Vaihda tarttuva alusta 3 päivän jälkeen tai tarpeen mukaan aiemmin.

Poistaminen

Tarttuva alusta tulee irrottaa varovasti, jotta iho ei vahingoitu.

Putken Sijoittaminen Uudelleen

Avaa kiinnityskielekkeet. Pidä tarttuvaa alustaa alhaalla ja vedä samalla kaulanauha irti alustasta. Sijoita putki uudelleen. Paina takaisin alustaa vasten ja kiinnitä kiinnityskielekkeet.

Arvioi potilaan iho ja terveydentila ennen kiinnittämistä haavaumien ja ihon repeämisen estämiseksi. Seuraa päivittäin tai useammin.

Dale **suosittelee, että intubaatioputken sijaintia muutetaan usein**, jotta voidaan välttää huuliin ja alla oleviin kudoksiin kohdistuvan jatkuvan paineen aiheuttamat vauriot.

Dale **suosittelee voimakkaasti myös ventilaattorin letkun tukemista** potilaan kasvoihin kohdistuvan paineen pienentämiseksi

Kätevä Tarkistuslista Onnistuneen Kiinnityksen Varmistamiseksi

- ✓ **Valmistele** iho joka kerta, kun tarttuva alusta kiinnitetään.
- ✓ **Aseta** tarttuva alusta heti huulirajan yläpuolelle.
- ✓ **Kierrä tiukasti** vahva tarttuva teippi kanavan ja putken ympärille.
- ✓ **Varmista**, että kierrät teipin putkeen vähintään 2,5 cm kanavaa pidemmälle.
- ✓ **Irrota** tarttuva alusta varovasti ihon vaurioitumisen minimoimiseksi.
- ✓ **Tue** ventilaattorin letku.

Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.

Kiinnityksessä opastava video on katsottavissa osoitteessa www.dalemed.com

Valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksiä.

Patentti www.dalemed.com/patents

Dale on Dale Medical Products, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

